
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
31870—
2012

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии

(ISO 5961:1994, NEQ)
(ISO 9174:1998, NEQ)
(ISO 11885:2007, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместно с Закрытым акционерным обществом «Центр исследования и контроля воды»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

(Поправка ИУС 10—2015)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1619-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31870—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов.

- ISO 5961:1994 «Качество воды. Определение кадмия атомно-абсорбционной спектроскопией» («Water quality — Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry», NEQ);
- ISO 9174:1998 «Качество воды. Определение хрома. Методы атомно-абсорбционной спектроскопии» («Water quality — Determination of chromium — Atomic absorption spectrometric methods», NEQ);
- ISO 11885:2007 «Качество воды. Определение 33 элементов атомно-эмиссионной спектроскопией с индуктивно связанной плазмой» («Water quality — Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry», NEQ)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ИЗДАНИЕ (октябрь 2019 г.) с Поправками (ИУС 10—2015, ИУС 1—2017)

8 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51309—99¹⁾

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1619-ст ГОСТ Р 51309—99 отменен с 15 февраля 2015 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2013, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Отбор проб	2
4 Определение содержания алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, титана, хрома, цинка методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией (метод 1)	2
5 Определение содержания алюминия, бария, бериллия, бора, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, свинца, селена, серебра, стронция, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (метод 2)	9
Приложение А (справочное) Режимы проведения измерений по методу 1	16
Приложение Б (справочное) Режимы проведения измерений по методу 2 и мешающие элементы	17
Приложение В (рекомендуемое) Приготовление градуировочных растворов смеси элементов	18
Библиография	19

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии

Drinking water. Determination of elements content by atomic spectrometry methods

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения и устанавливает два метода определения массовой концентрации элементов:

- определение содержания алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, титана, хрома, цинка (далее — элементы) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией (метод 1);

- определение содержания алюминия, бария, бериллия, бора, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, свинца, селена, серебра, стронция, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка (далее — элементы) методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (метод 2).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 8.315¹⁾ Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 17.1.5.05 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 1770 (ISO 1042—83, ISO 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ ISO 5725-6—2003²⁾ Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9293 (ISO 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10157 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11088 Реактивы. Магний нитрат 6-водный. Технические условия

ГОСТ 11125 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.753—2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ISO 5725-6—2002.

ГОСТ 20298 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28165 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования

ГОСТ 29169 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31291 Палладий аффинированный. Технические условия

ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862¹⁾ Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 32220 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.eurasia.org) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Отбор проб

Пробы воды отбирают по ГОСТ 31862, ГОСТ 31861 и ГОСТ 17.1.5.05 в посуду вместимостью 0,2—0,5 дм³, изготовленную из полимерных материалов. Если измерение проводят более чем через 12 ч после отбора, пробы консервируют, добавляя раствор азотной кислоты по 4.3.2.2 или концентрированную азотную кислоту до pH менее 2. Контроль pH осуществляют по универсальной индикаторной бумаге. Для питьевых и поверхностных вод, как правило, достаточно добавлять 1,0 см³ концентрированной азотной кислоты на 200 см³ пробы воды.

Примечание — Если необходимо определить в пробе воды растворенные формы элементов, то пробу вначале фильтруют, а затем подкисляют.

Срок хранения законсервированных проб при температуре от 2 °С до 5 °С при определении висмута, олова, селена и сурьмы — не более 14 сут, остальных проб — не более 1 мес. Проба не должна подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32220 на готовую продукцию.

4 Определение содержания алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, титана, хрома, цинка методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией (метод 1)

4.1 Сущность метода

Метод основан на измерении поглощения излучения резонансной длины волны атомным паром определяемого элемента, образующимся в результате электротермической атомизации анализируемой пробы в графитовой печи спектрометра.

Метод позволяет определять массовые концентрации следующих элементов:

алюминия — от 0,01 до 0,1 мг/дм³;

бария — от 0,01 до 0,2 мг/дм³;

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56237—2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

бериллия	— от 0,0001 до 0,002 мг/дм ³ ;
ванадия	— от 0,005 до 0,05 мг/дм ³ ;
висмута	— от 0,005 до 0,1 мг/дм ³ ;
железа	— от 0,04 до 0,25 мг/дм ³ ;
кадмия	— от 0,0001 до 0,01 мг/дм ³ ;
кобальта	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
марганца	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
меди	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
молибдена	— от 0,001 до 0,2 мг/дм ³ ;
мышьяка	— от 0,005 до 0,3 мг/дм ³ ;
никеля	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
олова	— от 0,005 до 0,02 мг/дм ³ ;
свинца	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
селена	— от 0,002 до 0,05 мг/дм ³ ;
серебра	— от 0,0005 до 0,01 мг/дм ³ ;
сурьмы	— от 0,005 до 0,02 мг/дм ³ ;
титана	— от 0,1 до 0,5 мг/дм ³ ;
хрома	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ ;
цинка	— от 0,001 до 0,05 мг/дм ³ .

Метод может применяться для определения более высоких концентраций элементов после разбавления анализируемой пробы воды, но не более чем в сто раз.

4.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

Атомно-абсорбционный спектрометр (спектрофотометр) любого типа с электротермическим атомизатором, позволяющим производить по заданной программе разогрев графитовой печи, оборудованный источниками резонансного излучения (спектральными лампами) для определения соответствующих элементов и устройством для коррекции неселективного поглощения (фона).

Цилиндр мерный вместимостью 500 см³ по ГОСТ 1770.

Колбы мерные по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 или с одной отметкой по ГОСТ 29169.

Микродозаторы.

Весы лабораторные¹⁾ с наибольшим пределом взвешивания 220 г, обеспечивающие точность взвешивания с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,75$ мг.

Государственные (межгосударственные) стандартные образцы (ГСО) состава водных растворов элементов по ГОСТ 8.315.

Примечание — Вместо ГСО состава водных растворов индивидуальных элементов допускается использовать многокомпонентные ГСО состава водных растворов элементов. При отсутствии в государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов необходимых ГСО допускается использовать аттестованные смеси элементов.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

Стакан термостойкий по ГОСТ 25336.

Холодильник бытовой любого типа.

Фильтры мембранные с диаметром пор 0,45 мкм.

Устройство для фильтрации.

Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

Аквадистилляторы одноступенчатый и двухступенчатый по ГОСТ 28165.

Посуда для транспортирования и хранения отобранных проб воды вместимостью от 0,2 до 0,5 дм³ из полимерных материалов (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, фторопласта).

Кислота азотная по ГОСТ 11125, особой чистоты или по ГОСТ 4461, очищенная методом перегонки.

Вода бидистиллированная или деионизированная (дистиллированная вода по ГОСТ 6709, перегнанная повторно или пропущенная через колонку с ионообменной смолой по ГОСТ 20298).

Аргон газообразный высокой чистоты по ГОСТ 10157 или азот газообразный по ГОСТ 9293.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Палладий аффинированный, порошок (99,95 %) по ГОСТ 31291.

Нитрат магния 6-водный по ГОСТ 11088, ч. д. а.

Универсальная индикаторная бумага.

Примечание — Допускается применять другие средства измерений, оборудование и реактивы с техническими и метрологическими характеристиками не хуже указанных, в том числе импортного производства.

4.3 Порядок подготовки к проведению измерений

4.3.1 Подготовка посуды

Всю используемую для отбора, хранения, транспортирования и анализа проб посуду промывают разбавленной 1:1 азотной кислотой, затем большим количеством водопроводной и/или дистиллированной воды и ополаскивают 3—4 раза бидистиллированной водой. Не допускается обрабатывать посуду смесями, содержащими хром.

4.3.2 Приготовление растворов

4.3.2.1 Раствор азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³

В мерную колбу вместимостью 1000 см³, наполовину заполненную бидистиллированной (деионизированной) водой, приливают 20 см³ концентрированной азотной кислоты. После охлаждения до комнатной температуры доводят раствор бидистиллированной (деионизированной) водой до метки и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора — не более 3 мес.

4.3.2.2 Раствор разбавленной в соотношении 1:1 азотной кислоты

В мерную колбу вместимостью 1000 см³ помещают 400 см³ бидистиллированной (деионизированной) воды, затем мерным цилиндром приливают 500 см³ концентрированной азотной кислоты. После охлаждения раствора до комнатной температуры раствор в колбе доводят до метки бидистиллированной (деионизированной) водой и тщательно перемешивают. Срок хранения раствора — не более 12 мес.

4.3.2.3 Химический модификатор (модификатор матрицы)

При определении многих легколетучих элементов для увеличения температуры озоления пробы и разделения пиков атомного и фонового поглощения используют химические модификаторы (модификаторы матрицы). Растворы нитрата палладия и нитрата магния являются универсальными модификаторами. Допускается применение других модификаторов или их смеси в зависимости от рекомендаций изготовителей приборов.

4.3.2.3.1 Раствор нитрата палладия с массовой концентрацией палладия 1 г/дм³

В термостойкий стакан помещают 1,00 г порошкообразного палладия, добавляют 5 см³ концентрированной азотной кислоты и нагревают на электроплитке с закрытой спиралью до полного растворения металла. После охлаждения раствор фильтруют в мерную колбу вместимостью 1 дм³, промывают фильтр несколькими порциями раствора азотной кислоты концентрации 0,3 моль/дм³ и доводят его объем раствора до метки. Срок хранения раствора — не более 6 мес.

4.3.2.3.2 Раствор нитрата магния массовой концентрации 3 г/дм³

В колбу вместимостью 1 дм³ помещают 5,19 г нитрата магния и растворяют в растворе азотной кислоты концентрацией 0,3 моль/дм³. Срок хранения раствора — не более 6 мес.

4.3.2.4 Градуировочные растворы элементов

Градуировочные растворы готовят путем разбавления в мерной посуде необходимого стандартного образца состава водного раствора элемента раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³ в соответствии с инструкцией по применению стандартного образца. В качестве градуировочных растворов могут применяться непосредственно стандартные образцы состава водных растворов элементов. Градуировочные растворы каждого определяемого элемента должны охватывать весь рабочий диапазон измерения его массовой концентрации в пробах. Их число должно быть не менее трех.

Срок хранения приготовленных градуировочных растворов элементов с массовой концентрацией от 10 до 100 мг/дм³ в плотно закрытой посуде из полимерных материалов (кроме раствора серебра) — не более 2 мес; раствора серебра в посуде из темного стекла — не более 14 сут; градуировочных растворов элементов с массовой концентрацией от 1 до 10 мг/дм³ в плотно закрытой пластиковой посуде (кроме раствора серебра) — не более 1 мес; раствора серебра в посуде из темного стекла — не более 7 сут; градуировочных растворов элементов с массовой концентрацией от 0,1 до 1 мг/дм³ в плотно закрытой пластиковой посуде (кроме раствора серебра) — не более 7 сут. Хранят растворы в холодильнике при температуре от 4 °С до 8 °С. Градуировочные растворы элементов массовой концентрации менее 0,1 мг/дм³ и серебра менее 1 мг/дм³ используют свежеприготовленными.

4.3.2.5 Холодная проба — бидистиллированная (деионизированная) вода, содержащая все вещества и в таких концентрациях, которые добавляют к анализируемой пробе.

4.3.2.6 Контроль чистоты применяемых реактивов проводят по холостой пробе. Измеренное в ней по 4.4 содержание определяемых элементов должно быть менее значения нижней границы установленного диапазона измерений. В противном случае используют реактивы более высокой чистоты или проводят их дополнительную очистку, например, методом перегонки.

4.3.3 Подготовка прибора

Атомно-абсорбционный спектрометр (спектрофотометр) с электротермическим атомизатором подготавливают к работе в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации. Режимы работы прибора и программу нагрева печи устанавливают в соответствии с рекомендациями изготовителя прибора. Рекомендуемые режимы проведения измерений приведены в приложении А. При этом для конкретного типа прибора оптимальные режимы работы устанавливают экспериментально.

4.3.4 Градуировка прибора

Градуировку прибора проводят перед началом измерений подготовленных проб. Для получения градуировочной характеристики в режимах, установленных по 4.3.3, не менее трех раз измеряют значение атомного поглощения холостой пробы, а затем — каждого градуировочного раствора определяемого элемента, приготовленного по 4.3.2.4, как правило, в порядке возрастания концентрации. По результатам измерений определяют градуировочную зависимость среднего значения атомного поглощения конкретного элемента с учетом среднего значения атомного поглощения холостой пробы от массовой концентрации элемента в анализируемом градуировочном растворе.

4.3.5 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Стабильность градуировочной характеристики контролируют не менее чем через каждые 15 анализируемых подряд проб воды. Для контроля стабильности градуировочной характеристики измеряют приготовленный градуировочный раствор, в котором массовая концентрация элемента находится вблизи рабочего диапазона измерений этого элемента в анализируемой партии проб.

Градуировочную характеристику считают стабильной, если выполняется условие

$$100|C - C_k| \leq 0,5 \cdot \delta \cdot C_k, \quad (1)$$

где C_k — действительное значение массовой концентрации элемента в градуировочном растворе, мг/дм³;
 C — измеренное значение массовой концентрации элемента в этом же градуировочном растворе, мг/дм³;

δ — границы допускаемой относительной погрешности (см. таблицу 1), %.

В случае невыполнения условия (1) проводят повторную градуировку прибора.

4.3.6 Подготовка проб

4.3.6.1 К пробе анализируемой воды, если ее не консервировали после отбора, добавляют концентрированную азотную кислоту из расчета 2,0 см³ азотной кислоты на 200 см³ воды. Если пробу консервировали, то добавляют 1,0 см³ азотной кислоты на 200 см³ воды. Раствор тщательно перемешивают и выдерживают не менее 2 ч. Если в подкисленной пробе находятся заметные глазом взвешенные частицы, то перед проведением измерений ее фильтруют.

4.3.6.2 При необходимости разбавления исходной пробы воды, а также для устранения возможного мешающего влияния матрицы подготовленные по 4.3.6.1 пробы разбавляют раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³.

Для проверки наличия мешающего влияния матрицы из подготовленной по 4.3.6.1 пробы отбирают аликвотную часть и разбавляют ее в 5—10 раз раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³. Исходную и разбавленную пробы измеряют по 4.4.

Мешающие влияния считают незначимыми, если выполняется условие

$$|K_p C_p - C| \leq \sqrt{(0,01 \cdot \delta \cdot K_p \cdot C_p)^2 + (0,01 \cdot \delta \cdot C)^2}, \quad (2)$$

где K_p — кратность разбавления исходной пробы;

C_p — массовая концентрация элемента в разбавленной пробе, мг/дм³;

C — массовая концентрация элемента в исходной пробе, мг/дм³;

δ — границы допускаемой относительной погрешности (см. таблицу 1) для соответствующего значения C_p и C , %.

В случае загрязнения графитовой печи при измерении проб с содержанием определяемого элемента, выходящим за верхнюю границу диапазона измерений, необходимо провести ее отжиг до тех пор, пока сигнал при определении холостой пробы не вернется к исходному уровню.

4.4 Порядок проведения измерений

4.4.1 Измерение массовой концентрации элементов проводят в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации спектрометра (спектрофотометра).

4.4.2 Устанавливают оптимальные режимы измерений для конкретного элемента в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации спектрометра.

4.4.3 Аликвотную часть подготовленной по 4.3.6 пробы вводят дозирующим устройством (микродозатором) в графитовую печь спектрометра. Нагревание пробы проводят в токе инертного газа (аргона) по программе, включающей высушивание, озоление, атомизацию пробы и отжиг печи. При измерении железа, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, серебра и цинка допускается использовать в качестве инертного газа азот. Измерение атомного поглощения элемента в каждой пробе проводят не менее двух раз. Компенсацию неселективного поглощения осуществляют с использованием различных способов коррекции: непрерывного спектра дейтериевой лампы, на основе эффекта Зеемана и другими. Измеряемая массовая концентрация определяемого элемента в пробе должна находиться в пределах найденной по 4.3.4 градуировочной зависимости.

4.4.4 Для повышения температуры озоления проб рекомендуется в графитовую печь атомизатора, перед введением в нее аликвотной части подготовленной пробы, добавлять модификатор, приготовленный по 4.3.2.3, в соответствии с рекомендациями изготовителя прибора. При этом данную процедуру проводят и при градуировке прибора. Допускается добавлять модификатор матрицы непосредственно в анализируемые пробы, соответствующие градуировочные растворы и холостую пробу.

4.4.5 Холостой опыт

Измеряют значение атомного поглощения холостой пробы, приготовленной по 4.3.2.5.

4.5 Метрологические характеристики

Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не превышающими значения, приведенные в таблице 1, при доверительной вероятности $P = 0,95$.

Таблица 1 — Метрологические характеристики

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Показатель точности (границы* допускаемой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta$, %
Алюминий	От 0,01 до 0,1 включ.	40
Барий	От 0,01 до 0,2 включ.	30
Бериллий	От 0,0001 до 0,0005 включ.	50
	Св. 0,0005 до 0,002 включ.	25
Ванадий	От 0,005 до 0,01 включ.	50
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	25
Висмут	Св. 0,005 до 0,05 включ.	60
	Св. 0,05 до 0,1 включ.	30
Железо	От 0,04 до 0,25 включ.	20
Кадмий	От 0,0001 до 0,001 включ.	50
	Св. 0,001 до 0,01 включ.	25
Кобальт	Св. 0,001 до 0,005 включ.	35
	Св. 0,005 до 0,05 включ.	20
Марганец	От 0,001 до 0,05 включ.	20
Медь	От 0,001 до 0,01 включ.	40
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	20
Молибден	Св. 0,001 до 0,05 включ.	35
	Св. 0,05 до 0,2 включ.	20
Мышьяк	От 0,005 до 0,02 включ.	50
	Св. 0,02 до 0,05 включ.	25
	Св. 0,05 до 0,3 включ.	15
Никель	От 0,001 до 0,05 включ.	30
Олово	От 0,005 до 0,02 включ.	40
Свинец	От 0,001 до 0,01 включ.	40
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	20
Селен	От 0,002 до 0,05 включ.	20
Серебро	От 0,0005 до 0,01 включ.	40

Окончание таблицы 1

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Показатель точности (границы* допускаемой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta$, %
Сурьма	От 0,005 до 0,02 включ.	35
Титан	От 0,1 до 0,5 включ.	40
Хром	От 0,001 до 0,01 включ.	40
Цинк	Св. 0,01 до 0,05 включ.	25
	От 0,001 до 0,05 включ.	25

* Установленные численные значения границ допускаемой относительной погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) $U_{отн}$ при коэффициенте охвата $k = 2$.

(Поправка, ИУС 1—2017)

4.6 Обработка результатов измерений

4.6.1 По значениям атомного поглощения элемента в анализируемой пробе воды и в холостой пробе, используя градуировочную характеристику по 4.3.4, определяют массовую концентрацию элемента в анализируемой пробе воды X_i , мг/дм³.

4.6.2 За результат определения $\bar{X}$, мг/дм³, принимают среднеарифметическое значение двух параллельных измерений анализируемого элемента, удовлетворяющих условию

$$200 \cdot |X_1 - X_2| \leq r \cdot |X_1 + X_2|, \quad (3)$$

где X_1, X_2 — результаты параллельных измерений определяемого элемента, мг/дм³;

r — значение предела повторяемости для определяемого элемента (см. таблицу 2), %.

Если исходную анализируемую пробу разбавляли, то полученный результат умножают на кратность произведенного разбавления исходной пробы анализируемой воды.

При невыполнении условия (3) используют методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата измерений согласно ГОСТ ИСО 5725-6—2003 (пункт 5.2) или [1].

Примечание — При получении результатов измерений в двух лабораториях за результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов измерений, полученных в двух лабораториях $X_{1\text{лаб}}$ и $X_{2\text{лаб}}$ при выполнении условия

$$200 \cdot |X_{1\text{лаб}} - X_{2\text{лаб}}| \leq R \cdot (X_{1\text{лаб}} + X_{2\text{лаб}}), \quad (4)$$

где R — значение предела воспроизводимости по таблице 2.

При невыполнении условия (4) для проверки приемлемости в условиях воспроизводимости каждая лаборатория должна выполнить процедуры согласно ГОСТ ИСО 5725-6—2003 (подпункты 5.2.2, 5.3.2.2) или [1].

Таблица 2 — Нормативы стабильности результатов измерений

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$) r , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$) R , %
Алюминий	От 0,01 до 0,1 включ.	37	52
Барий	От 0,01 до 0,2 включ.	28	39
Бериллий	От 0,0001 до 0,0005 включ.	46	64
Ванадий	Св. 0,0005 до 0,002 включ.	24	33
	Св. 0,005 до 0,01 включ.	46	64
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	24	33
Висмут	Св. 0,005 до 0,05 включ.	56	78
	Св. 0,05 до 0,1 включ.	28	39

Окончание таблицы 2

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$) r , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$) R , %
Железо	От 0,04 до 0,25 включ.	21	29
Кадмий	От 0,0001 до 0,001 включ.	46	64
	Св. 0,001 до 0,01 включ.	24	33
Кобальт	Св. 0,001 до 0,005 включ.	33	46
	Св. 0,005 до 0,05 включ.	21	29
Марганец	От 0,001 до 0,05 включ.	21	29
Медь	От 0,001 до 0,01 включ.	37	52
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	21	29
Молибден	Св. 0,001 до 0,05 включ.	33	46
	Св. 0,05 до 0,2 включ.	21	29
Мышьяк	Св. 0,005 до 0,02 включ.	46	64
	Св. 0,02 до 0,05 включ.	24	33
	Св. 0,05 до 0,3 включ.	16	21
Никель	От 0,001 до 0,05 включ.	28	39
Олово	От 0,005 до 0,02 включ.	37	52
Свинец	От 0,001 до 0,01 включ.	37	52
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	22	30
Селен	От 0,002 до 0,05 включ.	22	30
Серебро	От 0,0005 до 0,01 включ.	37	52
Сурьма	От 0,005 до 0,02 включ.	33	46
Титан	От 0,1 до 0,5 включ.	37	52
Хром	От 0,001 до 0,01 включ.	37	52
	Св. 0,01 до 0,05 включ.	24	33
Цинк	От 0,001 до 0,05 включ.	24	33

(Поправка, ИУС 1—2017)

4.7 Контроль показателей качества результатов измерений

Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-6—2003 (раздел 6) или [2].

4.8 Оформление результатов измерений

4.8.1 Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, при этом протокол испытаний должен содержать ссылку на настоящий стандарт с указанием метода определения.

4.8.2 Результаты измерений содержания элемента в анализируемой пробе X , мг/дм³, представляют в виде (при подтвержденном в лаборатории соответствии аналитической процедуры требованиям настоящего стандарта)

$$\bar{X} \pm \Delta, \text{ либо } \bar{X} \pm U, \quad (5)$$

где $\bar{X}$ — результат измерений, полученный в соответствии с процедурой по 4.6, мг/дм³;

Δ — абсолютная погрешность измерений содержания элемента, мг/дм³, вычисляемая по формуле

$$\Delta = 0,01 \cdot \delta \cdot \bar{X}, \quad (6)$$

если исходную пробу разбавляли, то значение Δ рассчитывают по формуле

$$\Delta = 0,01 \cdot \delta \cdot K_p \cdot C_p, \quad (7)$$

где δ — границы допускаемой относительной погрешности измерения содержания элемента по таблице 1, %;

U — расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k = 2$, мг/дм³, рассчитываемая по формуле

$$U = 0,01 U_{\text{отн}} \cdot \bar{X}, \quad (8)$$

где $U_{\text{отн}}$ — расширенная неопределенность (в относительных единицах) при коэффициенте охвата $k = 2$ по таблице 1.

Допускается результат измерений представлять в виде

$$\bar{X} \pm \Delta_{\text{лаб}}, \text{ мг/дм}^3 \quad (9)$$

при условии $\Delta_{\text{лаб}} < \Delta$, где $\Delta_{\text{лаб}}$ — значение показателя точности измерений (доверительные границы абсолютной погрешности измерений), установленное при реализации настоящего метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений;

$$\bar{X} \pm U_{\text{лаб}}, \text{ мг/дм}^3 \quad (10)$$

при условии $U_{\text{лаб}} < U$, где $U_{\text{лаб}}$ — значение расширенной неопределенности, установленное при реализации настоящего метода в лаборатории с учетом [3]¹⁾ и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений в лаборатории.

Примечание — При необходимости (в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6—2003, пункт 5.2) для результата измерения $\bar{X}$ указывается количество параллельных определений и способ установления результата измерений.

5 Определение содержания алюминия, бария, бериллия, бора, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, свинца, селена, серебра, стронция, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (метод 2)

5.1 Сущность метода

Метод основан на измерении интенсивности излучения атомов определяемых элементов, возникающего при распылении анализируемой пробы в аргонную плазму, индуктивно возбуждаемую радиочастотным электромагнитным полем.

Метод позволяет проводить измерения содержания элементов в растворе анализируемой пробы без разбавления в следующих диапазонах:

алюминия	— от 0,01 до 50 мг/дм ³ ;	меди	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;
бария	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;	молибдена	— от 0,001 до 10 мг/дм ³ ;
бериллия	— от 0,0001 до 10 мг/дм ³ ;	мышьяка	— от 0,005 до 50 мг/дм ³ ;
бора	— от 0,01 до 50 мг/дм ³ ;	натрия	— от 0,1 до 500 мг/дм ³ ;
ванадия	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;	никеля	— от 0,001 до 10 мг/дм ³ ;
висмута	— от 0,05 до 10 мг/дм ³ ;	олова	— от 0,005 до 5,0 мг/дм ³ ;
вольфрама	— от 0,05 до 10 мг/дм ³ ;	свинца	— от 0,003 до 10 мг/дм ³ ;
железа	— от 0,05 до 50 мг/дм ³ ;	селена	— от 0,005 до 10 мг/дм ³ ;
кадмия	— от 0,0001 до 10 мг/дм ³ ;	серебра	— от 0,005 до 50 мг/дм ³ ;
калия	— от 0,05 до 500 мг/дм ³ ;	стронция	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;
кальция	— от 0,01 до 50 мг/дм ³ ;	сурьмы	— от 0,005 до 50 мг/дм ³ ;
кобальта	— от 0,001 до 10 мг/дм ³ ;	теллура	— от 0,005 до 10 мг/дм ³ ;
кремния	— от 0,05 до 5,0 мг/дм ³ ;	титана	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;
лития	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;	хрома	— от 0,001 до 50 мг/дм ³ ;
магния	— от 0,05 до 50 мг/дм ³ ;	цинка	— от 0,005 до 50 мг/дм ³ ;
марганца	— от 0,001 до 10 мг/дм ³ ;		

На результаты определения массовой концентрации элемента в воде могут оказывать мешающие влияния другие элементы, приведенные в приложении Б.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 21748—2012 «Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений».

Метод может применяться для определения более высоких концентраций элементов после разбавления анализируемой пробы воды, но не более чем в 100 раз.

При необходимости достижения на используемом типе атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой нижней границы диапазона измерений применяют специальную систему ввода пробы в спектрометр, например ультразвуковое распыление пробы.

5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы по 4.2 со следующими уточнениями:

- атомно-эмиссионный спектрометр с радиочастотным электромагнитным генератором для возбуждения индуктивно связанной аргонной плазмы, оборудованный устройством для контроля скоростей потока аргона, устройством для обработки выходных сигналов спектрометра с возможностью коррекции фоновых сигналов;

- цилиндры мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 100 и 500 см³.

5.3 Порядок подготовки к проведению измерений

5.3.1 Подготовка посуды — по 4.3.1.

5.3.2 Приготовление растворов

5.3.2.1 Раствор азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³ — по 4.3.2.1.

5.3.2.2 Раствор разбавленной 1:1 азотной кислоты — по 4.3.2.2.

5.3.2.3 Градуировочные растворы элементов — по 4.3.2.4.

5.3.2.4 Градуировочные растворы смеси элементов

Градуировочные растворы смеси элементов серий «А» и «Б» готовят в соответствии с приложением В непосредственно перед началом измерений путем смешения градуировочных растворов, приготовленных по 4.3.2.4, соответствующей массовой концентрации и разбавлением раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³. Используют свежеприготовленные градуировочные растворы. Градуировочные растворы смеси элементов должны охватывать весь рабочий диапазон измерения массовой концентрации определяемого элемента в пробах. Число градуировочных растворов должно быть не менее двух.

Примечание — Для элементов висмут, литий, олово, кремний, теллур и вольфрам, как правило, используют однокомпонентные градуировочные растворы по 5.3.2.3.

5.3.2.5 Холостая проба — по 4.3.2.5.

5.3.2.6 Контроль чистоты применяемых реактивов — по 4.3.2.6.

5.3.3 Подготовка прибора

Атомно-эмиссионный спектрометр подготавливают к работе в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации. Режимы работы прибора устанавливают в соответствии с рекомендациями изготовителя прибора. Рекомендуемые режимы проведения измерений приведены в приложении Б. При этом для конкретного типа прибора оптимальные режимы устанавливают экспериментально.

5.3.4 Устранение мешающих влияний

Коррекцию фона при возникновении матричных эффектов и учет взаимного влияния измеряемых элементов за счет спектральных наложений (эффект интерференции) проводят при помощи программного обеспечения спектрометра в соответствии с руководством по эксплуатации спектрометра. Спектральных наложений избегают выбором альтернативной длины волны излучения элемента (см. приложение Б). Исследование эффекта интерференции и расчет необходимых поправок, учитывающих возможное влияние интерферирующих элементов, проводят на стандартных образцах водных растворов элементов со значениями массовых концентраций элементов не менее 100 мг/дм³. Выбор точек коррекции фона проводят на наиболее типичных рабочих пробах воды и/или градуировочных растворах смеси элементов путем измерения интенсивности фоновых сигналов с одной или с двух сторон измеряемого спектрального пика элемента. Следует избегать выбора точек коррекции фона для определяемого элемента в области, в которой возможно появление спектральных линий других интерферирующих элементов.

5.3.5 Градуировка прибора

Градуировку спектрометра проводят перед началом измерений подготовленных проб. Для получения градуировочной характеристики в режимах, установленных по 5.3.3 и 5.3.4, не менее двух раз измеряют на длине волны излучения определяемого элемента интенсивность атомного излучения холостой пробы и не менее двух градуировочных растворов, приготовленных по 5.3.2.3 или 5.3.2.4. Определение градуировочной характеристики, обработку и хранение результатов градуировки спектрометра проводят с использованием программного обеспечения спектрометра.

5.3.6 Контроль стабильности градуировочной характеристики — по 4.3.5 не менее чем через каждые 20 анализируемых подряд проб воды.

5.3.7 Подготовка проб

К пробе анализируемой воды, если ее не консервировали после отбора, добавляют концентрированную азотную кислоту из расчета 1,0 см³ концентрированной азотной кислоты на 200 см³ воды. Значение pH подкисленной пробы подземной воды контролируют при помощи универсальной индикаторной бумаги и при необходимости добавляют в пробу азотную кислоту до pH менее 2. Раствор тщательно перемешивают и выдерживают не менее 2 ч. Если в подкисленной пробе находятся заметные глазом взвешенные частицы, то перед проведением измерений ее фильтруют.

При необходимости разбавления исходной пробы воды, а также для устранения возможного мешающего влияния матрицы пробы разбавляют раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,3 моль/дм³.

Примечание — Если необходимо определить в пробе воды растворенные формы элементов, то пробу вначале фильтруют, а затем подкисляют.

5.4 Порядок проведения измерений

5.4.1 Измерение массовой концентрации элементов проводят при условиях, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации спектрометра.

5.4.2 Устанавливают оптимальные режимы измерений по 5.3.3 и 5.3.4.

5.4.3 Ввод в спектрометр подготовленной по 5.3.7 пробы и измерение атомного излучения элементов в анализируемой пробе проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации спектрометра. Интенсивность излучения после прохождения света через дифракционную решетку монохроматора или полихроматора регистрируется одним или несколькими фоточувствительными устройствами, фототок которых измеряется и обрабатывается компьютерной системой спектрометра.

5.5 Метрологические характеристики

Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не превышающими значения, приведенные в таблице 3, при доверительной вероятности $P = 0,95$.

Таблица 3 — Метрологические характеристики

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Показатель точности (границы* допускаемой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$) $\pm$ %, %
Алюминий	От 0,01 до 0,05 включ.	32
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 50 включ.	16
Барий	От 0,001 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 50 включ.	15
Бериллий	От 0,0001 включ. 0,001 включ.	36
	Св. 0,001 до 0,05 включ.	32
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
Бор	Св. 0,5 до 10 включ.	15
	От 0,01 до 0,05 включ.	34
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
Ванадий	Св. 0,5 до 50 включ.	15
	От 0,001 до 0,05 включ.	24
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
Висмут	Св. 0,5 до 50 включ.	15
	От 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 10 включ.	16
Вольфрам	От 0,05 до 0,1 включ.	30
	Св. 0,1 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 10 включ.	18
Железо	От 0,05 до 0,5 включ.	25
	Св. 0,5 до 5,0 включ.	15
	Св. 5,0 до 50 включ.	10

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Показатель точности (границы* допускаемой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta$, %
Кадмий	От 0,0001 до 0,001 включ.	36
	Св. 0,001 до 0,05 включ.	32
	Св. 0,05 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 10 включ.	10
Калий	От 0,05 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 10 включ.	17
	Св. 10 до 500 включ.	15
Кальций	От 0,01 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 50 включ.	16
Кобальт	От 0,001 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
Кремний	Св. 0,5 до 10 включ.	15
	От 0,05 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 5,0 включ.	15
Литий	От 0,001 до 0,1 включ.	30
	Св. 0,1 до 50 включ.	18
Магний	От 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 50 включ.	15
Марганец	От 0,001 до 0,05 включ.	32
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 10 включ.	18
Медь	От 0,001 до 0,05 включ.	42
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	26
	Св. 0,5 до 50 включ.	16
Молибден	От 0,001 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 10 включ.	15
Мышьяк	От 0,005 до 0,02 включ.	36
	Св. 0,02 до 0,2 включ.	26
	Св. 0,2 до 50 включ.	15
Натрий	От 0,1 до 1,0 включ.	24
	Св. 1,0 до 50 включ.	15
	Св. 50 до 500 включ.	10
Никель	От 0,001 до 0,05 включ.	36
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	26
	Св. 0,5 до 10 включ.	15
Олово	От 0,005 до 0,05 включ.	34
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 5,0 включ.	15
Свинец	От 0,003 до 0,01 включ.	36
	Св. 0,01 до 0,1 включ.	25
	Св. 0,1 до 10 включ.	20
Селен	От 0,005 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 10 включ.	15
Серебро	От 0,005 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 50 включ.	15
Стронций	От 0,001 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 10 включ.	15
	Св. 10 до 50 включ.	10
Сурьма	От 0,005 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 50 включ.	15
Теллур	От 0,005 до 0,05 включ.	36
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	26
	Св. 0,5 до 10 включ.	15

Окончание таблицы 3

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Показатель точности (границы* допускаемой относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta$, %
Титан	От 0,001 до 0,05 включ.	36
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	26
	Св. 0,5 до 50 включ.	16
Хром	От 0,001 до 0,05 включ.	26
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	20
	Св. 0,5 до 50 включ.	15
Цинк	От 0,005 до 0,05 включ.	34
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	24
	Св. 0,5 до 25 включ.	18
	Св. 25 до 50 включ.	10

* Установленные численные значения границ допускаемой относительной погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) $U_{\text{отн}}$ при коэффициенте охвата $k = 2$.

5.6 Обработка результатов измерений аналогична 4.6, при этом используют градуировочную характеристику по 5.3.5 и значение предела повторяемости по таблице 4.

Примечание — Как правило, программное обеспечение атомно-эмиссионных спектрометров позволяет проводить многократное определение массовой концентрации элементов и рассчитывать значения повторяемости в автоматическом режиме.

Таблица 4 — Нормативы стабильности результатов измерений

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$) r , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$) R , %
Алюминий	От 0,01 до 0,05 включ.	30	42
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 50 включ.	17	21
Барий	От 0,001 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
Бериллий	От 0,0001 до 0,001 включ.	34	47
	Св. 0,001 до 0,05 включ.	30	42
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
Бор	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
	От 0,01 до 0,05 включ.	32	44
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
Ванадий	Св. 0,5 до 50 включ.	15	20
	От 0,001 до 0,05 включ.	25	36
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
Висмут	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
	От 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 10 включ.	17	21
Вольфрам	От 0,05 до 0,1 включ.	28	39
	Св. 0,1 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 10 включ.	20	28
Железо	От 0,05 до 0,5 включ.	26	37
	Св. 0,5 до 5,0 включ.	14	20
	Св. 5,0 до 50 включ.	11	15
Кадмий	От 0,0001 до 0,001 включ.	34	47
	Св. 0,001 до 0,05 включ.	30	42
	Св. 0,05 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 10 включ.	11	15

Продолжение таблицы 4

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$) r , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$) R , %
Калий	От 0,05 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 10 включ.	18	25
	Св. 10 до 500 включ.	14	20
Кальций	От 0,01 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 50 включ.	17	21
Кобальт	От 0,001 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
Кремний	От 0,05 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 5,0 включ.	14	20
Литий	От 0,001 до 0,1 включ.	28	39
	Св. 0,1 до 50 включ.	20	28
Магний	От 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
Марганец	От 0,001 до 0,05 включ.	30	42
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 10 включ.	20	28
Медь	От 0,001 до 0,05 включ.	41	56
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	27	38
	Св. 0,5 до 50 включ.	17	21
Молибден	От 0,001 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
Мышьяк	От 0,005 до 0,02 включ.	34	47
	Св. 0,02 до 0,2 включ.	27	38
	Св. 0,2 до 50 включ.	14	20
Натрий	От 0,1 до 1,0 включ.	25	36
	Св. 1,0 до 50 включ.	14	20
	Св. 50 до 500 включ.	11	15
Никель	От 0,001 до 0,05 включ.	34	47
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	27	38
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
Олово	От 0,005 до 0,05 включ.	32	44
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 5,0 включ.	14	20
Свинец	От 0,003 до 0,01 включ.	34	47
	Св. 0,01 до 0,1 включ.	26	37
	Св. 0,1 до 10 включ.	22	31
Селен	От 0,005 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
Серебро	От 0,005 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
Стронций	От 0,001 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20
Сурьма	Св. 10 до 50 включ.	11	15
	От 0,005 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
Теллур	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
	От 0,005 до 0,05 включ.	34	47
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	27	38
	Св. 0,5 до 10 включ.	14	20

Окончание таблицы 4

Наименование элемента	Массовая концентрация элемента, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений при $P = 0,95$) r , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 0,95$) R , %
Титан	От 0,001 до 0,05 включ.	34	47
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	27	38
	Св. 0,5 до 50 включ.	17	21
Хром	От 0,001 до 0,05 включ.	27	38
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	22	31
	Св. 0,5 до 50 включ.	14	20
Цинк	От 0,005 до 0,05 включ.	32	44
	Св. 0,05 до 0,5 включ.	25	36
	Св. 0,5 до 25 включ.	20	28
	Св. 25 до 50 включ.	11	15

5.7 Контроль показателей качества результатов измерений — по 4.7.

5.8 Оформление результатов измерений аналогично 4.8, при этом допускаемая неопределенность (погрешность) — по таблице 3.

Приложение А
(справочное)

Режимы проведения измерений по методу 1

Таблица А.1 — Режимы проведения измерений по методу 1

Символ элемента	Al	Ag	As	Ba	Be	Bi	Cd	Co	Cr	Cu	Fe
Длина волны регистрации, нм	309,3 396,2	328,1	193,7	553,6	234,9	223,1	228,8	240,7 242,5	357,9	324,7	248,3
Озоление, °C	800	400		1200	900		300	800	800	1000	800
или при применении модификатора матрицы — (1) — раствор нитрата палладия, (2) — раствор нитрата магния:											
Озоление, °C	1700 (2)	1000 (1)	1200 (1 + 2)		1600 (2)	1100 (1 + 2)	800 (1)	1400 (2)	1500 (2)	1300 (1)	1400 (2)
Атомизация, °C	2500	1600	2000	2500	2400	1800	1700	2500	2500	2200	2400

Окончание таблицы А.1

Символ элемента	Mn	Mo	Ni	Pb	Se	Sb	Sn	Ti	V	Zn
Длина волны регистрации, нм	279,5	313,3	232,0	283,3	196,0	217,6	286,3	364,3	318,4	213,9 307,6
Озоление, °C	800	1300	1100	500		800		1400	1200	1200
или при применении модификатора матрицы — (1) — раствор нитрата палладия, (2) — раствор нитрата магния:										
Озоление, °C	1400 (2)	1800 (1 + 2)		800 (2)	1100 (1 + 2)	1100 (1)	1400 (1 + 2)			700 (2)
Атомизация, °C	2000	2600	2300	1900	1900	1800	2200	2650	2500	1800

Приложение Б
(справочное)

Режимы проведения измерений по методу 2 и мешающие элементы

Таблица Б.1 — Режимы проведения измерений по методу 2 и мешающие элементы

Символ элемента	Длина волны излучения, нм	Мешающие элементы	Символ элемента	Длина волны излучения, нм	Мешающие элементы
Ag	328,068 338,289	Mn Cr	Mn	257,610 293,306	Fe, Mo, Cr Al, Fe
Al	167,080 308,215 396,152	Fe Mn, V, Mo, Fe Mo, Cu	Mo	202,030 203,844 204,844	— — —
As	189,042 193,759	Al, V, Co, Fe Fe, Al	Na	330,237 588,995 589,592	Cr Ar —
B	208,959 249,678 249,733	Al, Mo Fe, Cr Fe	Ni	231,604	Co, Ti
Ba	233,527 455,403 493,409	Fe, V — —	Pb	220,353	Co, Al, Ti
Bi	223,061 306,772	Cu Fe, V	Sb	206,833 217,581	Cr, Mg, Co Mn
Be	234,861 313,042	Fe V	Se	196,026 203,985	Fe, Al —
Ca	315,887 317,933 393,366	Co, Mo Fe, V —	Si	212,412 251,611 288,158	— Cr, Fe —
Cd	214,438 226,502 228,802	Fe Fe, Ni, Ti As, Co	Sn	189,980 235,848	Cr, Si Mo, Co
Cr	205,552 267,716 283,563	Fe, Mo, Ni Mn, V Fe, Mo	Sr	421,552 407,771 460,733	— U —
Co	228,616 238,892	Ti, Ba, Cd Fe, V	Te	214,281	Al, Fe, Ti
Cu	324,754 327,396	Ti, Mo, Ca —	Ti	334,941 336,121 337,280 368,520	Ca, Cr — — Co, Cr
Fe	238,200 259,940 271,441	Co — Co, Ti	V	292,402 290,882 310,230 311,071	Fe, Mo, Cr Fe, Mo — Fe, Mo, Ti
K	766,490 769,900	Mg —	W	207,911 209,860 239,709	— — —
Li	460,286 670,784	Fe —	Zn	206,200 213,856	Cr Ni, Cu, Fe
Mg	279,079 279,553 285,210	— — Fe			

Приложение В
(рекомендуемое)

Приготовление градуировочных растворов смеси элементов

Таблица В.1 — Приготовление градуировочных растворов серии «А»

Номер раствора	Наименование (символ) элементов в приготавливаемых градуировочных растворах смеси элементов	Массовая концентрация элементов в градуировочных растворах, приготовленных по 4.3.2.4, мг/дм ³	Объем отбираемой аликвотной части градуировочного раствора, приготовленного по 4.3.2.4, см ³	Вместимость мерной колбы для приготовления градуировочных растворов смеси элементов, см ³	Массовая концентрация элементов в градуировочных растворах смеси элементов, мг/дм ³
I	Be, Cd	0,1	1,0	1000	0,0001
II	Be, Cd, Cr, Cu, Co, Mn, Mo, Ni, Pb, Ti, V	0,1	1,0	100	0,001
III	Ag, As, Be, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn	0,1	5,0	100	0,005
IV	Ag, As, Al, Be, Cd, Cr, Cu, Co, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn	10	1,0	1000	0,01
V	Ag, As, Al, Be, Cd, Cr, Cu, Co, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn, Fe	10	1,0	100	0,1
VI	Ag, As, Al, Be, Fe, Cr, Co, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn	1000*	1,0	100	10
VII	Ag, As, Al, Fe, Cr, Sb, Ti, V, Zn	1000*	5,0	100	50

* Применяют ГСО соответствующих элементов, в которых в качестве растворителя использован раствор азотной или соляной кислоты.

Таблица В.2 — Приготовление градуировочных растворов серии «Б»

Номер раствора	Наименование (символ) элементов в приготавливаемых градуировочных растворах смеси элементов	Массовая концентрация элементов в градуировочных растворах, приготовленных по 4.3.2.4, мг/дм ³	Объем отбираемой аликвотной части градуировочного раствора, приготовленного по 4.3.2.4, см ³	Вместимость мерной колбы для приготовления градуировочных растворов смеси элементов, см ³	Массовая концентрация элементов в градуировочных растворах смеси элементов, мг/дм ³
I	Ba, Sr	0,1	1,0	100	0,001
II	B, Ba, Sr	0,1	10	100	0,01
III	B, Ba, Ca, K, Mg, Sr	10	10	1000	0,1
IV	B, Ba, Ca, K, Mg, Na, Sr	10	10,0	100	1,0
V	B, Ba, Ca, K, Mg, Na	1000*	1,0	100	10
VI	Ca, Ba, K, Mg, Na	1000*	5,0	100	50
VII	K, Na	1000*	50	100	500

* Применяют ГСО соответствующих элементов, в которых в качестве растворителя использован раствор азотной или соляной кислоты.

Библиография

- [1] Рекомендации МИ 2881—2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа. — Екатеринбург: ФГУП «УНИИМ», 2004
- [2] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76—2004¹⁾ Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа
- [3] Руководство ЕВРОХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях». 2-е издание, пер. с англ. — СПб.: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 2002

¹⁾ Действуют РМГ 76—2014.

Ключевые слова: вода питьевая, элементы, определение массовой концентрации, атомно-абсорбционная спектрометрия, электротермическая атомизация, атомно-эмиссионная спектрометрия, индуктивно-связанная плазма, испытания

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Ю. Каболова*
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 28.10.2019. Подписано в печать 09.12.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,25.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 31870—2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Азербайджан AZ Азстандарт

(ИУС № 10 2015 г.)